



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Odpowiedź na Zapytanie 4

Wszyscy uczestnicy zapytania ofertowego

Znak: P-M/DZZP/ 1379 /25

Data: 06.06.2025 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego Znak sprawy 1815/2025 z dnia 29.05.2025r. pn. „Dostawa sprzętu medycznego, tj. wyrobów medycznych klasy II A – urządzeń pomiarowych i diagnostycznych” w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W przedmiotowym zapytaniu ofertowym wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 dotyczy Pakietu 4

Dot. pakietu nr 4, L.p. 6:

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy pulsoksymetr, który nie ma możliwości wyboru obrotu widoku ekranu w pionie lub w poziomie? Jednak zastosowany kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 4,3” pozwala na komfortowe użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuścił rozwiązanie, o które Wykonawca pyta w Zapytaniu nr 1 – Pytanie nr 2.

PYTANIE nr 2 dotyczy Pakietu 4

Dot. pakietu nr 4, L.p. 7

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy pulsoksymetr o zakresie pomiaru pulsu 25-250 uderzeń/minutę?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 3 dotyczy Pakietu 4

Dot. pakietu nr 4, L.p. 9

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy pulsoksymetr o wadze 1,5 kg?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 4 dotyczy Pakietu 4

Dot. pakietu nr 4, L.p. 11

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy pulsoksymetr, w którym pełna bateria pozwala na 5 godzin ciągłej pracy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.



PYTANIE nr 5 dotyczy Pakietu 5

Dot. pakietu nr 5, L.p. 4

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy bilirubinometr, pozwalający na precyzyjny pomiar w zakresie od 0,0 do 20 mg/dL?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 6 dotyczy Pakietu 5

Dot. pakietu nr 5, L.p. 6

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy bilirubinometr, w którym producent nie określa precyzyjnie, że wynik badania będzie pokazany w ciągu 3 sekund? Natomiast urządzenie to wyświetla wynik pomiaru po kilku sekundach, co również pozwala na przeprowadzenie sprawnego i dokładnego pomiaru.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 7 dotyczy Pakietu 7

Dot. pakietu nr 7, L.p. 6

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy holter ciśnieniowy, w którym zakres pomiaru ciśnienia krwi wynosi od 30 do 280 mmHg, zapewniający skuteczne pomiary?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 8 dotyczy Pakietu 7

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na wysokiej klasy holter ciśnieniowy, który jest obsługiwany przez dedykowaną platformę medyczną zapewniającą możliwość wykonania badań takich jak: EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, ergo spirometrię oraz konsultację badań w ramach telemedycyny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 9 dotyczy Pakietu 8

Dot. pakietu nr 8, L.p. 15

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG z filtrem izolacji o następującym zakresie: 0.049 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline (splajn kubiczny), 0.25 Hz adaptacyjny, 0.05 Hz, 0.15 Hz adaptacyjny, Variance (wariancyjny)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 10 dotyczy Pakietu 8

Dot. pakietu nr 8, L.p. 24

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 225 x 234 x 77 mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

PYTANIE nr 11 dotyczy Pakietu 8

Dot. pakietu nr 8, L.p. 28

Czy Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG, który pozwala na konfigurację z dyskiem sieciowym, ale nie na wysyłkę badań na adres e-mail?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

PYTANIE nr 12 dotyczy Pakietu 8

Dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wymaga, aby wysokiej klasy aparat EKG posiadał moduł do oceny ryzyka nagłej śmierci sercowej, umożliwiający wczesne wykrywanie oraz prewencję tego zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część zapytania ofertowego.

Z poważaniem

