

Wszyscy uczestnicy zapytania ofertowego

Znak: P-M/DZZP/ 1448 / 2110/ 25

Data: 13.06.2025 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego Znak sprawy 1815/2025 z dnia 29.05.2025r. **pn. „Dostawa sprzętu medycznego, tj. wyrobów medycznych klasy II A – urządzeń pomiarowych i diagnostycznych”** w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W imieniu „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. informuję, iż do końca dnia 06.06.2025 r. (termin składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert. Zgodnie z Zapytaniem Ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium ceny. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia zostały wybrane oferty firm:

PAKIET 2 – Cito Krzysztof Tomczak, ul. Chmurna 8, 61-680 Poznań

wartość oferty netto: **990,00 zł**, cena oferty brutto: **1.069,20 zł**

Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

PAKIET 4 - Cito Krzysztof Tomczak, ul. Chmurna 8, 61-680 Poznań

wartość oferty netto: **2.280,00 zł**, cena oferty brutto: **2.462,40 zł**

Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

PAKIET 7 - ASPEL S.A., os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów

wartość oferty netto: **6.570,00 zł**, cena oferty brutto: **7.095,60 zł**

Oferta najkorzystniejsza pod względem ocenianego kryterium, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym. Ponadto została złożona oferta firmy:

1. Margot Medical” Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 77, 05-500 Jastrzębie – kolejność 2
2. Si-Cura Sp. z o.o., ul. Władysława Żeleńskiego 101, 31-353 Kraków – kolejność 3

Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców:

1. **Cito Krzysztof Tomczak, ul. Chmurna 8, 61-680 Poznań** w zakresie:
 - a) **Pakietu 3**, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał w pakiecie 3, aby detektor przepływu doppler posiadał w zawartości zestawu ładowarkę/zasilacz. Wykonawca zaoferował detektor przepływu Doppler Bistos BT 200 V na baterie AA bez ładowarki/zasilacza.
 - b) **Pakietu 7**, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał w pakiecie 7, aby holter ciśnieniowy posiadał pamięć min. 400 pomiarów. Wykonawca zaoferował holter ciśnieniowy ABPM 50, który posiada pamięć do 300 pomiarów w trybie manualnym oraz 350 w trybie holtera.
2. **MDS Cardio Sp. z o.o. ul. Transportowców 11, 02-858 Warszawa** w zakresie **Pakietu 7**, ponieważ treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia. Zamawiający wymagał w pakiecie 7, aby holter ciśnieniowy posiadał pamięć min. 400 pomiarów. Wykonawca zaoferował holter ciśnieniowy Carddioline Walk 200 b o pojemności pamięci 300 pomiarów.

Zamawiający informuje, że wszystkie oferty złożone w Pakiecie 3 zostały odrzucone.

Z poważaniem